器具機械６９　歯科用蒸和器及び重合器

歯科技工用成型器 70750010

バイオスター

【形状・構造及び原理】　※

・寸法(㎜)　　高さ 260×幅 460×奥行き 250

【使用目的】　※

熱可塑性樹脂から歯科用装置を作製するために用いる

【操作方法又は使用方法】　※

①電源スイッチを ON にし、ディスプレイの表示が変わるのを待つ。

②模型をモデルプラットフォーム又はモデルカップにセットする。

③プレートをチャンバーにセットし、パネルボタンでプレート固有の CODE を入力する。

④ヒーターをプレートの上に動かし、プレートの加熱を開始する。

⑤加熱工程が終了したら、直ちにヒーターをレストポジションに戻し、チャンバーを模型に被せる。

⑥ロッキングハンドルを回し、チャンバー内に圧力を掛ける。

⑦冷却カウントが自動的に始まる。冷却行程が終わるまで放置して待ち、その後チャンバー内のエアーを抜き、チャンバーを開ける。

⑧プレスの完了したプレートと模型を取り出す。

[使用方法に関連する使用上の注意]

・ヒーターは高温になります。ヒーター周辺又は直下に着火し易いものや熱の影響を受け易いものなどを置かないこと。

・ヒーターは高温になりますので火傷にご注意ください。また他の人が誤ってヒーターに触れないようご注意ください。

【使用上の注意】

１）使用注意

①歯科医療有資格者以外は本器を使用しないこと。

②本器は【使用目的】欄に記載されている目的以外には使用しないこと。

③万が一、異常がある場合には、安全な状態で機器の作動を止め、弊社までご連絡ください。

④本器と併用するコンプレッサーは定期的に水抜き等の保守点検を実施すること。怠ると、コンプレッサー内に溜まった水が本器に流入し、故障の原因になります。

２）重要な基本的注意

①アースを正しく接続すること。

②電源の周波数と電圧及び消費電力に注意すること。

③本器を改造しないこと。

【保管方法】

１）水のかからない場所に設置すること。

２）気圧、温度、埃等の機器に影響を与えない場所に設置すること。

３）傾斜、振動、衝撃を与えないこと。

【製造販売業者又は製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者　：　株式会社ロッキーマウンテンモリタ

住所　：　東京都千代田区神田淡路町 2-23

電話番号　：　03-3251-4631

FAX 番号　：　03-3255-4090

製造業者　：　ショイデンタル　（ドイツ）

取扱説明書等を必ずご参照ください。